GROUPE APOCOM

MIT MEDICAL INTERNATIONAL TECHNOLOGIES (MIT CANADA) INC.

SERVICE ANNUEL ET TRAVAUX DE MAINTENANCE

MED-JET - MBX

INSPECTION ET TEST DE FONCTIONNALITÉ

1. Inspectez comment le système a été emballé pour l'expédition (photo prise).
2. Inspectez le système complet à l'extérieur pour la propreté et tout dommage (photo prise).
3. Test d'injection pour analyser les fuites d'air ou de solution saline du système.
4. Observez la puissance d'injection sortant du porte-embout.

MAINTENANCE GÉNÉRALE ET RÉ-CALIBRATION

1. Nettoyage de l'injecteur, y compris le baril, le piston de l'injecteur, le porte-embout et l'écrou.
2. Changer tous les joints toriques du baril.
3. Changez l'assemblage de la valve de liquide sur le baril.
4. Remplacez tous les joints toriques et bagues d'appui en PTFE sur le piston d'injecteur.
5. Remplacez tous les joints toriques et la valve en caoutchouc du porte-embout.
6. Changer le piston blanc.
7. Vérification de l'étalonnage.



COÛT DES PIÈCES = 250,00 $
MAIN-D'OEUVRE = 3 heures x 125,00 $ = 375,00 $
TOTAL = 625,00 $*

*Frais de transport non inclus

REMARQUES:

- Si après l'inspection, des composants majeurs non spécifiés ci-dessus doivent être changés, Groupe Apocom communiquera au client le coût du service, pièces et main d'oeuvre, et demandera une autorisation avant de procéder au service.
- Veuillez noter que les frais de transport vers les bureaux de MIT Canada et pour le retour sont à la charge du client. Vous pouvez vous occuper vous-même du transport ou bénéficier des tarifs avantageux des transporteurs de Groupe Apocom en faisant une demande.

Taille du colis : _____ po de large X_____ po de long x_____ po de haut **Poids du colis :** _____ lbs

Voici en photos les pièces que vous devez envoyer dans votre colis pour la maintenance.








Nom du client : _____ Tél. : _____ J'accepte : ☐

Nom de la cie : _____ Date : _____ Signature du client : _____